

Zamawiający Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania w formie zapytań ofertowych dotyczącego dostawy fantomów do badania fizykalnego piersi w ramach projektu „Świadoma profilaktyka- program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego”, dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy? Większość modeli jest produkowana za granicą. W obecnej sytuacji zarówno produkcja, jak i transport międzynarodowy są mocno ograniczone. W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy

**Pytanie 2.** Pytanie do części 2: Czy Zamawiający dopuści do oferty model posiadający 27 guzków, z których każdy guzek można samodzielnie ulokować w trenażerze? Guzki wykonane są w różnych rozmiarach, kształtach i posiadają różną gęstość, co zwiększa możliwość dopasowania badania do aktualnego scenariusza.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w opisie technicznym dla Części 2 na poniższy:

*„Model piersi z wymiennymi guzkami – zestaw walizce, zawierający: model piersi, min. 5 guzków w min. 5-ciu rozmiarach, pokrowiec ochronny i instrukcję obsługi. Guzki mogą być dowolnie rozmieszczane w modelu, tak aby uniemożliwić zapamiętanie ich położenia przez osobą uczącą się.”*

**Pytanie 3.** Pytanie do części 3: Czy Zamawiający dopuści do oferty trenażer o poniższych właściwościach:

Model średniej wielkości piersi kobiecych, wykonany z trwałego, wysokiej jakości silikonu, zawiera guzki: 2 łagodne, 4 złośliwe i 2 typowe zmiany.

Model do badania piersi wykonany z nowoczesnego, skóropodobnego tworzywa SKINlike. Model przeznaczony do demonstracji badania piersi.

Model prezentuje odlew oryginalnej kobiecej klatki piersiowej z piersiami średniego rozmiaru.

Cechy:

- Wykonany z nowego 3B SKINlike™ wysokiej jakości silikonu
- Prezentuje skórę w najdrobniejszych szczegółach
- Bardzo realistyczny w dotyku i testowany dermatologicznie
- Badanie piersi jest możliwe w obu pozycjach pionowej lub leżącej
- Model zawiera guzy łagodne i złośliwe - w różnych stadiach rozwoju

1. Prawa pierś: okrągły, ruchomy guz na głębokości 10 mm, 20 mm średnicy, przypuszczalnie łagodny.

2. Prawa pierś: okrągły, ruchomy guz na głębokości 5 mm, 20 mm średnicy, przypuszczalnie łagodny.

3. Lewa pierś: nieregularny guz na głębokości 5 mm, przylegający do ściany klatki piersiowej, średnica ok. 35 x 25 mm, przypuszczalnie złośliwy.
4. Guza o kształcie nieregularnym na głębokości 5 mm, przylegający do klatki piersiowej, ok. 30 mm średnica, złośliwy.
5. Lewa pierś: stale odwrócony sutek (często w połączeniu ze złośliwym guzem).
6. Lewa pierś: `skórka pomarańczy`.
7. Lewa pacha: powiększone węzły chłonne.
8. Nad lewym obojczykiem: złośliwy guz na głębokości 5 mm, 20 mm średnicy.

W celu prezentacji w pozycji leżącej należy położyć model na podstawie, która została dołączona do zestawu. Dodatkowo model ten wyposażony jest w paski do zawieszania pozwalające na ćwiczenia praktycznego badania piersi w pozycji stojącej oraz walizkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 4.** W związku z faktem, iż przedmiot zapytania ofertowego w części I jest bardzo słabej jakości, wnoszę prośbę o możliwość dostawy zestawu planszy edukacyjnej wraz z fantomem piersi. Przesyłam specyfikacje poniżej. Poglądowy rysunek zestawu w załączeniu.



#### 1. PLANSZA:

Plansza edukacyjna o wymiarach 70x50cm. Posiada miejsce do zawieszenia na ścianie oraz listwę plastikową w dolnej części. Plansza przedstawia następującą tematykę: budowa piersi kobiecej, choroby (zapalenie gruczołu mlekowego, cysta, ropień, pseudogrudki, gruczolakowłókniak). Tablica przedstawia także najczęstsze lokalizacje guza piersi oraz elementy samobadania jako prewencji nowotworu piersi. Plansza posiada treści opisane w języku polskim.

#### 2. FANTOM PIERSI:

Model piersi na podstawie przeznaczony do nauki samobadania palpacyjnego. Wykonany z realistycznego silikonowego materiału. Posiada jedną zmianę mastopatyczną i jeden guzek, które sztywno zamieszczone są w modelu. Powinien posiadać wymiary nie mniejsze niż 10x9x4cm. Wymiary podstawy ok: 16x13cm. Dostarczany z pudełkiem ochronnym i kartą edukacyjną wraz z najczęstszą lokalizacją guzów oraz klasyfikacją nowotworu piersi.

Proszę o informację czy jest możliwe dostarczenie takiego zestawu jako alternatywy gdyż fantom piersi umieszczony na planszy opisanej w specyfikacji zapytania jest bardzo słabej jakości i ulegnie zniszczeniu po kilku tygodniach użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 5.** Ponadto jeśli chodzi o część II. Jest błąd w opisie specyfikacji, podany model piersi zawiera 5 guzków (a nie 15) o wielkościach 0,5cm, 1cm, 2cm, 3 cm, 4cm. Po weryfikacji. na stronach różnych dostawców pojawia się niestety ten sam błąd.

Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawę modelu piersi zawierającego 5 guzków (a nie 15) o wielkościach 0,5cm, 1cm, 2cm, 3 cm, 4cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w opisie technicznym dla Części 2 na poniższy:

*„Model piersi z wymiennymi guzkami – zestaw walizce, zawierający: model piersi, min. 5 guzków w min. 5-ciu rozmiarach, pokrowiec ochronny i instrukcję obsługi. Guzki mogą być dowolnie rozmieszczane w modelu, tak aby uniemożliwić zapamiętanie ich położenia przez osobą uczącą się.”*