

Łódź, dn. 07.04.2022 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego, na Obsługę serwisową 23 szt. Aparatów do znieczulania Datex Ohmeda

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni w sytuacji gdzie części będzie trzeba sprowadzić z zagranicy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu diagnostyki do 48 godz.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie diagnostyki w ciągu 48 godz.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy bez użycia części do 5 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części do przeglądów ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odp. Ekspertyza techniczna w odniesieniu do nieopłacalności lub braku możliwości naprawy określonego sprzętu, może ale nie musi być podstawą do wyłączenia sprzętu z umowy.

Decyzję w tym zakresie rezerwuje sobie Zamawiający.

Pytanie 5

Z tytułu wykonania umowy może dojść do powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów i/lub personelu Zamawiającego podwykonawcy przetwarzania. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jeśli pojawi się taka potrzeba Zamawiający przygotuje stosowne porozumienie.

Z-CA KIEROWNIKA
DZIAŁU APARATURY MEDYCZNEJ

mgr inż. Kazimierz Tokarski