

Wykaz urządzeń

Kolumny chirurgiczne i anestezyjologiczne znajdujące się na Bloku Operacyjnym Szpitala, w których należy dokonać napraw i wymiany materiałów eksploatacyjnych wynikłych w trakcie przeglądu serwisowego.

<u>1. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1033</u>	
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS zł netto
króciec zaworu serwisowego VAC zł
kompletny punkt poboru gazu O2 AGA x 2 szt. zł
kompletne gniazdo AGSS wraz z wtykiem zł
Razem zł
<u>2. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1030</u>	
waż AIR, VAC zł
króciec zaworu serwisowego VAC zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt. zł
gniazdo PA x 4szt. zł
wiązka elektryczna do silnika windy zł
poziomowanie konsoli w ramieniu (BETA) zł
Razem zł
<u>3. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1034</u>	
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS zł
króciec zaworu serwisowego VAC zł
kompletny punkt poboru gazu O2 AGA x 2 szt. zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt. zł
manometr VAC zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt. zł
Razem zł
<u>4. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1029</u>	
waż AIR, VAC zł
króciec zaworu serwisowego VAC zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt. zł
wiązka przewodów elektrycznych x 2 kpl. zł
przyłącze zasilające x 2szt. zł
Razem zł
<u>5. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1105</u>	
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS zł
króciec zaworu serwisowego VAC zł
kompletny punkt poboru gazu O2 AGA x 2 szt. zł
manometr O2 zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt. zł
Razem zł

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

<u>6. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1110</u>		
waż AIR, VAC	zł netto
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
Razem	zł
 <u>7. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1102</u>		
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
kompletny punkt poboru gazu O2 AGA x 2 szt.	zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt.	zł
Razem	zł
 <u>8. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1109</u>		
waż AIR, VAC, AIR MOTOR	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt.	zł
wiązka elektryczna do silnika windy	zł
Razem	zł
 <u>9. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1103</u>		
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt.	zł
gniazdo PA x 4szt.	zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt.	zł
Razem	zł
 <u>10. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1108</u>		
waż AIR, VAC, AIR MOTOR	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
wiązka elektryczna do silnika windy	zł
Razem	zł
 <u>11. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1106</u>		
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt.	zł
Razem	zł
 <u>12. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1111</u>		
waż AIR, VAC, AIR MOTOR	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
wiązka elektryczna do silnika windy	zł
kompletne gniazda elektryczne x 8 szt.	zł
smarowanie łożyska centralnego	zł
poprawa mobilności śruby prowadzącej	zł
Razem	zł
 <u>13. Naprawa Kolumny Hanauport Alfa K640, SN:1104</u>		
waż O2, N2O, AIR, VAC, AGSS	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
manometr O2	zł
Razem	zł
 <u>14. Naprawa Kolumny Hanauport Beta K640, SN:1107</u>		
waż AIR, VAC	zł
króciec zaworu serwisowego VAC	zł
kompletny punkt poboru gazu VAC AGA x 2 szt.	zł
wiązka elektryczna do silnika windy	zł
Razem	zł
 Łączny koszt naprawy kolumn - netto		Razem
Łączny koszt naprawy kolumn - brutto		Razem