



Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ^(A)

Dział Techniczny

tel. 042 689 58 42, fax.: 42 689 58 41

e-mail: a.wojciechowski@kopernik.lodz.pl

Łódź, dn. 11.08.2022 r.

dotyczy: *Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi*”.

Odpowiedzi do pytań zadanych Wykonawców.

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie, czy na istniejącym stropie można ustawić tak ciężkie urządzenie?

Czy są Państwo w posiadaniu ekspertyzy konstrukcyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że została wykonana ekspertyza stropu. Zostanie ona dołączona do odpowiedzi.

Pytanie 2.

Czy drzwi D1, D2, D3 mają osłonność zadaną w projekcie osłon radiologicznych, czy są to drzwi istniejące i nie trzeba ich zamawiać?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi D1 i D3 pozostają, drzwi D2 są do zamówienia.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Sławomir Rydz

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

