

## Raport serwisowy

Siemens Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum  
Onkologii i Traumatologii

Paderewskiego 4a  
93-513 Łódź

Kontakt	Centrum Operacyjne Serwisu
Telefon	800 120 133
Faks	+48 22 510 1424
E-mail	siemens.cos.pl@siemens-healthineers.com
Zlecenie	600001102296 / 0004
Numer klienta	1000136011
Kontrakt	40125796
NIP Nabywcy	PL7292345599
NIP Nabywcy 2:	7292345599

Typ aktywności	Naprawa serwisowa	Data zgłoszenia	11.04.2023 11:00
Zgłaszający	Katarzyna Bosik	Urządzenie	MAGNETOM Avanto
Telefon:	+48509555175 /EXT	Numer identyfikacyjny	MR_27916_LOD
Numer referencyjny Klienta	.	Inżynier Serwisu	Pan Brzeziński
Numer zlecenia	n/a	Czas pracy	17.04.2023 - 17.04.2023 10:00:00 13:30:00

Opis zgłoszenia Status aparatu 2=Częściowo niesprawny

Błąd przy wykonywaniu dyfuzji.

Użyte materiały i czas pracy

Pozycja	Numer materiału	Opis	JM	Ilość
000010		Czas pracy (h)		3,50
000020		Strefa dojazdu		1,00

Wykonane usługi

Diagnostyka

Użytkownik zgłosił problem z przegrzewaniem układu gradientów (np. przy badaniu prostaty). Problem wystąpił 14 kwietnia po godzinie 14:00. Analiza logów aparatu - stwierdzenie przegrzewania się stopnia końcowego w osi Z. Sprawdzenie układu chłodzenia wewnętrznego - nie stwierdzono problemów. Przepłukanie układu chłodzenia stopni końcowych. Zamiana miejscami stopni końcowych - oś Z z osią Y. Wykonanie kalibracji aparatu i testów jakości

Prezes Zarządu: Joanna Maria Milachowska  
Członek Zarządu: Emilia Tkacz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569  
Kapitał Spółki 41.050.000,-PLN  
NIP: 1132885680  
BDO: 000012393

Siemens Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa  
Phone: +48 225101402/03/04  
Fax: +48 225101421

**Raport serwisowy**

---

Zlecenie	600001102296 / 0004
Numer klienta	1000136011
Kontrakt	40125796
NIP Nabywcy	PL7292345599

---

- parametry w tolerancji. Pozostawiono aparat do obserwacji w warunkach badań. W przypadku powtórzenia problemów - konieczne zgłoszenie tego faktu do biura serwisu. Aparat sprawny w zakresie wykonanych czynności.

---



---

Katarzyna Wosik

Data 17.04.2023

Podpis klienta