

Łódź, dnia 27.12.2023 r.

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** Przedmiotem zamówienia jest usługa 6-miesięcznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Somatom Sensation Open o numerze seryjnym 49619 wraz z laserami pozycjonującymi LAP Carina Nav o numerze seryjnym 880295-008.

#### Pytanie nr 1

**Pytanie dot. Załącznika do Zapytania ofertowego, Wzór umowy, par 1, ust 1 lit. h) oraz par 1 ust. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga w przedmiotowej umowie dostawy lampy RTG, jak również detektora promieniowania, jako 2 najbardziej kosztotwórczych elementów aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa umowa nie obejmuje również kosztów dostawy i instalacji detektora promieniowania.

Zamawiający zmienia § 1 ust. 1 lit. h Wzoru Umowy na:

„dostawy i instalacje nowych, oryginalnych części zamiennych wraz z niezbędnymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi po wykonanej istotnej naprawie zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi – za wyjątkiem lampy RTG oraz detektorów promieniowania;”

Zamawiający zmienia brzmienie §1 ust. 3 Wzoru Umowy na:

„Umowa nie obejmuje kosztów dostawy i wymiany lampy RTG oraz detektorów promieniowania”

#### Pytanie nr 2

**Pytanie dot. Załącznika do Zapytania ofertowego, Wzór umowy,**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje w §2 ust. 8 Wzoru Umowy o następującej treści:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

#### Pytanie nr 3

**Pytanie dot. Załącznika do Zapytania ofertowego, Wzór umowy,**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wytworzenia w trakcie realizacji umowy odpadów medycznych zakaźnych oraz odpadów medyczne niebezpiecznych innych niż zakaźne.

RADCA PRAWNY  
*Wojciech Sobejko*  
Wojciech Sobejko

p.o. KIEROWNIKA  
Działu Aparatury Medycznej  
*Tomasz Rojek*  
inż. Tomasz Rojek