

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: poz. 1. serweta na stolik instrumentariuszki posiada gramaturę całkowitą 93 g/m ² , poz. 2. serweta na stolik Mayo 80x145 cm zbudowana jest z folii polietylenowej o grubości 50 µm, czyli o wadze 47 g/m ² ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 64x145 cm i gram. 40 g/m ² . Całkowita gramatura serwety 89 g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
2	Dotyczy Pakietu nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: poz. 1. serweta na stolik instrumentariuszki posiada gramaturę całkowitą 93 g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.