

Łódź dn. 11.02.2025r

Nr sprawy: APT / 09 / 2025

WYBÓR OFERTY

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.).

I. Zamawiający zamieszcza informację o ofertach złożonych w postępowaniu oraz o Wykonawcach, których ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym:

Nr paki etu	Siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty	Zaoferowa na kwota	- cena 60% .	- czas reali zacji dost awy	Łączn a punkt acja	Najkorzystniejsza oferta – siedziba i adres wykonawcy	Uzasadnienie wyboru
1	SKAMEX S.A. UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52 93-121 ŁÓDŹ	15 400,80 zł	42,24	40	82,24	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z.O.O SP.KOMANDYTOWA UL. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z.O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE	10 843,20 zł	60	40	100		
2	FAPOMED POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 47/53 01-059 WARSZAWA	1 665,36 zł	60	40	100	FAPOMED POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 47/53 01-059 WARSZAWA	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
3	SKAMEX S.A. UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52 93-121 ŁÓDŹ	77 868,00 zł	60	40	100	SKAMEX SPÓŁKA AKCYJNA UL.CZĘSTOCHOWSKA 38/52 93-121 ŁÓDŹ	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z.O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. POD BOREM 18 41-808 ZABRZE	59 724,00 zł	OFERTA ODRZUCONA				
4	MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 58/72 01-042 WARSZAWA	12 115,01 zł	60	40	100	MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 58/72 01-042 WARSZAWA	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁÓDŹ 62124015451111000011669957



5	FAPOMED POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 47/53 01-059 WARSZAWA	8 910,00 zł	60	40	100	FAPOMED POLSKA SP. Z O.O. UL. OKOPOWA 47/53 01-059 WARSZAWA	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
---	--	-------------	----	----	-----	---	--

II. Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze – PAKIET NR 3

Po szczegółowej analizie Państwa oferty dotyczącej **zestawu uniwersalnego „OBŁOŻENIE UNIWERSALNE PODSTAWOWE BEZ FARTUCHÓW (STERYLNE)”**, stwierdzono, że zaoferowane produkty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zamawiający wymagał następujących parametrów:

1. Osłona na stół Mayo o wymiarach (79-80) cm x (142-145) cm - 1 szt. Wykonana z mocnej folii o grubości 70 µm (tj. o gramaturze ok. 65 g/m²) ze wzmocnieniem w części centralnej o wymiarach min. 55 cm x 85 cm (włókna dwuwarstwowa o gramaturze min. 30 g/m²). Osłona w kształcie worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
2. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 196 cm x 200 cm - 1 szt.
3. Serweta górna, samoprzylepna, o wymiarach 160 cm x 260 cm - 1 szt.
4. Serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 75 cm x (90 - 100) cm - 2 szt.
5. Organizator przewodów typu rzep - 1 szt.
6. Ręcznik jednorazowy, chłonny - 4 szt.
7. Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach (140-150) cm x (190-240) cm - 1 szt. z mocnej folii PE o grubości min. 50 µm ze wzmocnieniem w części centralnej (dopuszcza się serwetę chłonną na całej powierzchni)
8. Serwety (poz. 2, 3, 4) wykonane z jednorodnego chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen). Pozbawione pyłących się włókien celulozy i wiskozy. Gramatura: 66 g/m², Odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O. Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji +/- 5% do gramatury min. 66g/m².
9. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki.
10. Oznakowanie CE.
11. Obłożenia muszą spełniać wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 13795-1:2019-05 w zakresie wymagań wysokich (HP) dla powierzchni krytycznej wyrobu.
12. Zapakowane sterylne
13. Opakowanie jednostkowe wykonane z grubej folii lub typu tyvek-folia, nie dopuszcza się rękawów papier-folia. W/na opakowaniu etykieta z opisem zawartości. Na opakowaniu jednostkowym umieszczony kod kreskowy lub QR i min. podwójna samoprzylepna etykieta z numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
14. Metoda sterylizacji: tlenek etylenu lub radiacyjnie.

Tymczasem, zaoferowano serwetę dolną o wymiarach 180 cm x 180 cm (poz.2) i serwetę górną o wymiarach 150 cm x 240 cm (poz.3), co nie spełnia wymagań zamawiającego.

Serweta dolna (poz.2) powinna mieć wymiar 196 cm x 200 cm, natomiast serweta górna 160 cm x 260 cm (poz.3). Zaproponowano serwety o innych wymiarach w kontekście wymagań zamawiającego. W związku z powyższym, oferta zostaje odrzucona z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,

INSPEKTOR SEKCJI
 Analiz i Strategii Logistycznych
 dla Apteki Szpitalnej

Grzegorz Olewski

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

KIEROWNIK SEKCJI
 Analiz i Strategii Logistycznych
 dla Apteki Szpitalnej
 mgr Ewa Grodzicka

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

KIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

