

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
	Pytanie nr 1 Dotyczy: zał. nr 2 Formularz asortymentowo cenowy Czy Zamawiający zmieni ilość w pakiecie 2 „Wkład o pojemności 200 ml i wytrzymałości do 305 PSI, ze sterylnością pracy do 8 godzin. (1 wkład = 8 h pracy).” na 50 szt.? Opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt. Wystarczy to na pracę 25 dni gdyż 1 wkład jest montowany po stronie kontrastu a drugi po stronie soli fizjologicznej.	Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2, wyraża zgodę na zmianę ilości: - pakiet 2 - z 20 szt. na 50 szt.
	Pytanie nr 2 Dotyczy: zał. nr 2 Formularz asortymentowo cenowy Czy Zamawiający zmieni ilość w pakiecie 3 „System przywęży do nabierania kontrastu i soli fizjologicznej ze sterylnością pracy do 8 godzin. (1 system = 8 h pracy).” na 25 szt.? Umożliwi to pracę w ciągu 25 dni.	Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2, wyraża zgodę na zmianę ilości: - pakiet 3 - z 20 szt. na 25 szt.
1	Pytanie nr 3 Dotyczy: zał. nr 2 Formularz asortymentowo cenowy Czy Zamawiający zmieni ilość w pakiecie 4 „Wężyk pacjenta jednorazowego użytku o długości min. 150 cm i objętości 2,7ml -4,7 ml, z zaworem, dedykowany do pracy z materiałami wielogodzinnego użytku. (1 wężyk = 1 pacjentka)” na 50 szt.? Opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt. Umożliwi to przebadanie 50 pacjentów.	Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2, wyraża zgodę na zmianę ilości: - pakiet 4 - z 20 szt. na 50 szt.

2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy, w załączeniu zmodyfikowany załącznik.