

Łódź, dn. 30.07.2025r.

Nr sprawy: 04.PU-AZZ.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania o wartości mniejszej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na **dostawę wraz z montażem 2 sztuk MYJNI-DEZYNFEKTORÓW przeznaczonych do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych dla Pracowni Angiografii nr 2 oraz Pracowni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.-nr sprawy:04.PU-AZZ.2025**

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Formularza Asortymentowo-cenowego na dostawę wraz z montażem 2 sztuk MYJNI-DEZYNFEKTORÓW przeznaczonych do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych dla Pracowni Angiografii nr 2 oraz Pracowni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do jednoczesnego mycia do 14 par obuwia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga urządzenia będącego wyrobem medycznym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie będące wyrobem medycznym pod warunkiem załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz o wymiarach 500 x 500 mm $\pm$ 5%? W naszej ocenie dla użytkownika bardziej istotna jest wielkość jednorazowego załadunku (ilość par obuwia mytych w czasie jednego procesu) niż wymiary kosza załadunkowego.

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz o wymiarach (500 x 500) mm $\pm$ 5% Zamawiający modyfikuje Formularz Ofertowy w zakresie poz.nr 4

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w system aktywnego suszenia gorącym powietrzem?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie przeprowadzało proces mycia składający się z co najmniej następujących faz:

- a. Mycie zasadnicze
- b. Płukanie / neutralizacja
- c. Termodezynfekcja (A0 min. 60)
- d. Suszenie?

Jeżeli tak, prosimy o rezygnację z wymogu postawionego w p. 6: „Wydajność mycia: 7/8/10 koszy na h”. Urządzenia wiodących producentów jeden pełny, skuteczny proces składający się z wyżej wymienionych faz przeprowadzają w 30-60 minut. Osiągnięcie wydajności 10 koszy na godzinę jest nierealne, bo oznaczałoby to, że pełny, skuteczny i wydajny proces musiałby być przeprowadzony w 6 minut (nie wliczając czasu potrzebnego na rozładunek i załadunek urządzenia).

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w punktach nr 6 nr 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz Ofertowy w zakresie poz.6 dot. wydajności mycia oraz w poz. 10 dot. czasu trwania cykliów mycia.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające komorę spawaną, bez nachylonego sufitu z dokładnym szlifem eliminującym możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające komorę o pojemności min. 105 litrów?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające drzwi komory o wysokości min. 300 mm?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 9.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając czasu procesu maks. 660 sekund? Urządzenia wiodących producentów jeden pełny, skuteczny proces przeprowadzają w 30-60 minut.

Odpowiedź : Zamawiający przeanalizował uwagę dotyczącą opisanego max. czasu trwania procesu i modyfikuje Formularz ofertowy w zakresie poz. Nr 10 dot. czasu cykliów mycia

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę myjącą o wydajności 400 l/min.?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę myjącą o mocy min. 0,40 kW?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę myjącą o mocy min. 0,55 kW?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów systemu dysz myjących opisanych w punkcie 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia wyposażone w system myjący zbudowany z rotacyjnych ramion myjących wykonanych ze stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w tak zbudowany system myjący

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia zużywające ok. 10 litrów wody na 1 fazę procesu, zapewniające optymalną skuteczność?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 15.

Na czym polega system odzysku wody wymagany przez Zamawiającego w p. 13 ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuścił do zaoferowania urządzenie bez systemu odzysku wody , zgodnie z opublikowaną odpowiedzią na pytania

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie energooszczędne o mocy max. 8,4 kW?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do zaoferowania takie urządzenie.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające grzałki w komorze o mocy min. 2,0 kW?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w pkt.14 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające bojler o mocy max. 5,7 kW?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające rury przyłączeniowe o długości min. 1,4 m?


Odpowiedź : Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Ze względu na zmiany w wymagach w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.08.2025r do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj.08.08.2025r o godz.10.00

W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający zastępuje dotychczasowy Formularz Oferty wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia nowym Formularzem Oferty.

Prosimy o złożenie oferty na nowym Formularzu Oferty

P.O. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Marek Zygmunt

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

