



Łódź, 18.07.2025r.

Nr sprawy: APT / 60 / 2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pytanie 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego HME dla dzieci i niemowląt , bakteryjno-wirusowy: Medium filtracyjne hydrofobowe . Nieprzepuszczalny dla cieczy . Skuteczność bakteryjna > 99,99 % Skuteczność wirusowa > 99,99 % Martwa przestrzeń 11 ml Objętość oddechowa > 35 ml Wydajność nawilżania 26,8 m g/ l H ₂ O dla VT 500ml . Waga 11 g Port kapno luer-lock z zabezpieczonym kapturkiem na lince. Złącze proste 15M-15F. Zalecany czas stosowania 24 h Nie zawiera lateksu, PCV i ftalanów, w tym DEHP. Pojedyncze opakowanie folia - folia Wyrób medyczny jednorazowego użytku . Mikrobiologicznie czysty.	Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski