

Łódź, 29.08.2025r.

Nr sprawy: ZDL / 24 / 2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: sprzedaż i dostawa zestawów odczynników do przygotowania bibliotek dla genów BRCA1 i BRCA2 wraz z analizą CNV oraz odczynników do sekwencjonowania techniką NGS kompatybilnych z posiadanym sekwenatorem MiSeq dla Pracowni Diagnostyki Molekularnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	Pytanie nr 1 - dotyczy: Zapytanie ofertowe, pkt IV, ppkt 1.8. Czy Zamawiający w miejsce wymaganych oryginalnych ulotek producenta potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia dopuści karty katalogowe Wykonawcy w języku polskim, przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta?	Zamawiający informuje, że w miejsce wymaganych oryginalnych ulotek producenta potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia dopuści karty katalogowe Wykonawcy w języku polskim, przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta.
2	Pytanie nr 2 - dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego, pak. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu 8-nukleotydowych sekwencji indeksujących kompatybilnych z zestawami do przygotowania amplikonowych bibliotek NGS na potrzeby analiz wykonywanych z wykorzystaniem m.in. panelu genowego wskazanego w pozycji nr 1 Załącznika nr 2, zestawu pozwalającego na uzyskanie co najmniej 32 unikalnych kombinacji indeksów dostarczanego w opakowaniu wystarczającym do indeksowania do 96 prób (maksymalnie 3 powtórzenia po 32 unikalnie znakowanych próby)?	Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu 8-nukleotydowych sekwencji indeksujących kompatybilnych z zestawami do przygotowania amplikonowych bibliotek NGS na potrzeby analiz wykonywanych z wykorzystaniem m.in. panelu genowego wskazanego w pozycji nr 1 Załącznika nr 2, zestawu pozwalającego na uzyskanie co najmniej 32 unikalnych kombinacji indeksów dostarczanego w opakowaniu wystarczającym do indeksowania do 96 prób (maksymalnie 3 powtórzenia po 32 unikalnie znakowanych próby)
3	Pytanie nr 3 – dotyczy: Projektu umowy, §2 ust 9 Ze względu na fakt, że oferowane odczynniki nie są wyrobami medycznymi, mają charakter wyłącznie naukowo-badawczy prosimy także o usunięcie określenia „wyroby medyczne” w odniesieniu do oferowanych odczynników.	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „wyroby medyczne”. Zapytanie ofertowe dotyczy sprzedaży i dostawy zestawów odczynników laboratoryjnych nie mających charakteru wyrobu medycznego.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

4	Pytanie nr 4 - dotyczy: Zapytanie ofertowe pkt III Termin realizacji, Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pkt 3, Załącznik nr 3 - Projekt umowy § 1 ust. 4, § 2 ust. 5 W związku z rozbieżnością między zapisami dotyczącymi terminu realizacji prosimy o ujednolicenie zapisów i poprawienie terminu realizacji jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania zamówienia	Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w okresie 3 miesięcy w terminie od dnia podpisania umowy, a oczekiwany maksymalny czas dostawy określa na 4 tygodnie (28 dni) od dnia złożenia zamówienia.
5	Pytanie nr 5 - dotyczy: Formularza ofertowego pkt 2, Projekt umowy § 4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganego termin płatności wynoszący 30 dni po otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury? Termin płatności do 60 dni nakłada na Wykonawców obowiązek dodatkowego kredytowania Zamawiającego i w efekcie może mieć wpływ na wzrost kosztu realizacji zamówienia.	Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni po otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
6	Pytanie nr 6 – dotyczy: Projektu umowy, §6 ust 1, pkt. 1.3, 1.4 oraz 1.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zgodnie z poniższą treścią:	
	1.1. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;	Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wartości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
	1.2. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;	Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wartości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
	1.3. za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.	Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej do wartości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

KIEROWNIK
Pracownia Diagnostyki Molekularnej

dr n. med. Iwona Solarska
specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wydziału Specjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii

Podpis właściwego Zastępcy Dyrektora

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



AB 1933

