

Łódź, dn. 16.10.2025 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu okresowego urządzeń do biodekontaminacji Bioquell BQ50 i Bioquell Z2 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

*Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.  
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy).*

### PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. **Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie przeglądu okresowego urządzeń do biodekontaminacji Bioquell BQ50 szt. 4 i Bioquell Z2 szt. 1 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.**

#### Opis Przedmiotu Zamówienia

##### **Bioquell BQ50 szt. 4**

1. **Usługa przeglądu okresowego urządzenia do biodekontaminacji Bioquell BQ50:**

- Przegląd okresowy urządzenia do biodekontaminacji Bioquell BQ50:
- Wymiana filtrów wstępnych i węglowych w areatorze
- Sprawdzenie i kalibracja pomp dozujących i czujnika temperatury
- Kontrola działania areatora
- Sprawdzenie zabezpieczeń
- Test poprawności działania zestawu.

##### **Bioquell Z2 szt.1**

2. **Usługa przeglądu okresowego urządzenia do biodekontaminacji Bioquell Z2:**

- Przegląd okresowy urządzenia do biodekontaminacji Bioquell Z2:
- Wymiana baterii PLC.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



- Wymiana filtrów wstępnych i węglowych.
- Wymiana zestawu czujników środowiskowych EMM2 (temperatury, wilgotności, stężenia H2O2).
- Kalibracja czujnika temperatury vaporiser.
- Kalibracja pompy H2O2.
- Kalibracja daty serwisu
- Kontrola działania wentylatora oraz przepływu powietrza.
- Sprawdzenie funkcji awaryjnego zatrzymania.
- Sprawdzenie wentylatorów: aeracyjny, dekontaminacyjny oraz ciśnienia przepływu.
- Test poprawności działania urządzenia.

#### **Wykaz części eksploatacyjnych wymienianych w czasie pełnego przeglądu:**

- Filtry zewnętrzne w podstawie- 2 sztuki
- Filtry wewnętrzne na drzwiczkach- 2 sztuki
- Zestaw nowych czujników skalibrowanych ( temperatura, wilgotność, stężenie nadtlenu wodoru) EMM2
- Bateria zasilająca mikroprocesor SIEMENS
- Przewód łączący do nowych czujników
- Kalibracja ręcznego czujnika stężenia H2O2

#### **SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Składając ofertę podmiot uprawniony do wykonania przeglądu okresowego załącza jednocześnie:
  - formularz ofertowo-cenowy
  - autoryzację na wykonywanie przeglądów urządzeń Bioquell
  - oświadczenie o zaakceptowaniu warunków ramowego wzoru umowy, według załączonego wzoru;
2. Oferty należy złożyć do dnia **24.10.2025 r.** roku do godziny 14:00 na adres e-mail: **a.wojciechowski@kopernik.lodz.pl**
3. Bliższych informacji udziela **Pan Adam Wojciechowski – Z-ca Kierownika Działu Technicznego** pod numerem telefonu 518 718 893.

#### **KRYTERIA OCENY OFERT**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
  - A. Cena oferty – 100%

#### **Warunki udziału w składaniu ofert:**

1. Firma posiada autoryzację na wykonywanie przeglądów urządzeń Bioquell
2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności. Wymagana minimalna kwota gwarancyjna w następujących zakresach: podstawowy, za wadliwe wykonanie usługi, za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi - **200 000 zł**. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż po upływie terminu ważności ubezpieczenia, będzie odnawiać ubezpieczenie na okres

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
 e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy termin ważności ubezpieczenia jest krótszy niż termin wykonania zamówienia

**Kopie uprawnień należy załączyć wraz z ofertą.**

**W załączeniu do pobrania**

1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowo – cenowy

Z-C.A. KIEROWNIKA  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
*wpisał*  
inż. Adam Wojciechowski

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

