


Łódź, 18.11.2025 r.

Nr sprawy: APT / 93 / 2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEŹ												
1.	Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kołnierz ocieplający wykonany z włókniny SMS o gramaturze 40g/m2, nie będący wyrobem medycznym, o wymiarach:  <table><tr><th>PARAMETR</th><th>WYMIAR [CM]</th></tr><tr><td>A</td><td>28</td></tr><tr><td>B</td><td>46</td></tr><tr><td>C</td><td>13</td></tr><tr><td>D</td><td>16</td></tr><tr><td>E</td><td>7</td></tr></table>	PARAMETR	WYMIAR [CM]	A	28	B	46	C	13	D	16	E	7	Zamawiający nie dopuszcza wymaga zgodnie z OPZ Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kołnierza ocieplającego, który nie jest wyrobem medycznym. Opis Przedmiotu Zamówienia (Pakiet 6, poz. 1) wprost wymaga, aby produkt miał status wyrobu medycznego. Apteka Szpitalna realizująca gospodarkę tym asortymentem może przyjmować jedynie produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne. Produkt nieposiadający takiego statusu nie spełnia wymagań prawnych oraz nie może zostać uznany za równoważny.
PARAMETR	WYMIAR [CM]													
A	28													
B	46													
C	13													
D	16													
E	7													