

Łódź, dn. 17.02.2026 r.

Nr sprawy: APT/10/ 2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, Zwracając uwagę na nazwy zestawów jednorazowych „POSIKIT 1B” oraz „POSIKIT 2”, proszę o potwierdzenie że zarówno zestaw jednorazowy dla fiolki jak i dla pacjenta muszą być kompatybilne z urządzeniem POSIJET firmy LEMER PAX oraz być akceptowane przez firmę LEMER PAX jako materiał zużywalny do tego konkretnego dyspensera mobilnego.	Tak. Zamawiający potwierdza, że zestawy POSIKIT 1B” oraz „POSIKIT 2”, muszą być kompatybilne z urządzeniem POSIJET firmy LEMER PAX oraz być akceptowane przez firmę LEMER PAX jako materiał zużywalny do tego konkretnego dyspensera mobilnego.
2	Dotyczy załącznika nr 4, Wzór umowy, Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w treści umowy i uwzględnienie minimalnej ilości kitów w dostawie wynoszącej 120 sztuk zestawów dla fiolki oraz 1200 zestawów dla pacjenta. Obecny zamawiany wolumen mieści się na 2 paletach. Określenie maksymalnej liczby dostaw pozwoli nam na zoptymalizowanie kosztów transportu, a tym samym zaproponowania konkurencyjnej oferty.	Zamawiający nie wyraża zgody .