

Łódź, dn. 16.02.2026 r.

Nr sprawy: APT/10/ 2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	"POSIKIT 1B Zestaw dla fiolki , POSIKIT 2 Zestaw dla pacjenta" - Bardzo proszę o opisanie przedmiotu zamówienia , jakie jest zastosowanie wymienionych wyrobów medycznych .	POSIKIT 1B Zestaw dla fiolki Zestaw fiolki głównej. Sterylny zestaw służący do przygotowania dawki FDG do iniekcji pacjentowi. Zestaw ten jest wspólny dla kilku pacjentów. Zestaw ten składa się z : - Kranik trójdrożny; uszczelka membranowa; - Igła bez rękawa (L = 100 mm); - Obwód Y; - Zawór zapobiegający syfonowaniu; - Rurka z aplikatorem do podłączenia worka z NaCl; - Zawór zwrotny; - Złącze zapobiegające kapaniu; - Strzykawka 10 ml z igłą (L = 120 mm); - Rurka przedłużająca; POSIKIT 2 Zestaw dla pacjenta. Sterylny zestaw służący podłączeniu do zestawu pacjenta. Zestaw ten jest unikatowy dla każdego pacjenta. Musi on zostać zmieniony po każdym procesie iniekcji radiofarmaceutyku pacjentowi. Zestaw zawiera: - Rurkę przedłużającą; - Filtr 0,22 µ; - Pułpkę na pęcherzyki powietrza; - Zawór zwrotny; - Strzykawkę zbierającą płyn przeznaczony do płukania.

2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy, poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1 poz. 1 i 2 .

– w załączeniu zmodyfikowany załącznik.