

Łódź, dnia 16.04.2026r.

Nr sprawy: 01/AP/2026

Odpowiedzi na pytania:

Dotyczy: Postępowanie o zamówienia publiczne, w trybie zapytania ofertowego w sprawie: „Usługa 24 miesięcznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI TOF typ MS PRIME o sn ES00306 oraz analizatora do posiewu krwi typ BacTAlert Virtuo o sn VRTA-01946 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pytania do Umowy**Pytanie 1:**

§2 ust. 2 lit.a – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na diagnostykę sprzętu do 48 godzin w dni robocze licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytania do zapytania ofertowego:**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty imiennych oświadczeń potwierdzających przeszkolenie serwisantów przez producenta wskazanego sprzętu w języku angielskim na którym podana jest nazwa aparatu i nazwisko osoby przeszkolonej przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Oświadczenia imienne muszą być przetłumaczone na język polski.

KIEROWNIK
DZIAŁU APARATURY MEDYCZNEJ
Wójcik
mgr Ewelina Wójcik

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067