

Łódź, 24.08.2026r.

Nr sprawy: ZAPIH/1/2026

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert:

Dotyczy: Dzierżawa zestawu urządzeń do cytologii na podłożu płynnym dla Zakładu Anatomii Patologicznej i Histopatologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Dzierżawcy, do którego – z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 170 000 zł netto – nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy – Formularza asortymentowo-cenowego „Czy zamawiający wymaga urządzenia, które jest kompatybilne i zwalidowane z podłożami do cytologii płynnej refundowanymi w narodowym programie profilaktyki raka szyjki macicy?”	Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia: <i>„Dzierżawa zestawu urządzeń do cytologii na podłożu płynnym (LBC)- urządzenia do diagnostyki in vitro, sprawne, bezpieczne, gotowe do użytku. Po stronie Wykonawcy instalacja urządzeń oraz szkolenie personelu. Urządzenia kompatybilne z dostępnymi na rynku podłożami do cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym umożliwiające korzystanie z podłoży refundowanych w narodowym programie profilaktyki raka szyjki macicy. Urządzenie umożliwia jednoczesowe barwienie co najmniej 20 preparatów. Urządzenie pozwala na barwienie również preparatów nieginekologicznych z</i>

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

		<i>zastosowaniem dedykowanego protokołu."</i>
2	Dotyczy - Formularza asortymentowo-cenowego „ Czy zamawiający wymaga zaoferowania barwiarki, czy jedynie aparatu, który wykona preparat cytologiczny, jeżeli do jego wybarwienia wystarcza dowolna dostępna barwiarka?”	Zgodnie z OPZ.
3	Dotyczy - Formularza asortymentowo-cenowego „Czy zamawiający wymaga określonej przepustowości aparatu?”	Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia: „Dzierżawa zestawu urządzeń do cytologii na podłożu płynnym (LBC)- urządzenia do diagnostyki in vitro, sprawne, bezpieczne, gotowe do użytku. Po stronie Wykonawcy instalacja urządzeń oraz szkolenie personelu. Urządzenia kompatybilne z dostępnymi na rynku podłożami do cytologii ginekologicznej na podłożu płynnym <i>umożliwiające korzystanie z podłoży refundowanych w narodowym programie profilaktyki raka szyjki macicy. Urządzenie umożliwia jednoczesowe barwienie co najmniej 20 preparatów. Urządzenie pozwala na barwienie również preparatów nieginekologicznych z zastosowaniem dedykowanego protokołu."</i>

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2026r. do godziny 10:00.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Będowski

KIEROWNIK

Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE
CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII
im. M. Kopernika w Łodzi

Witold Skierkowski
Specjalista Patomorfolog

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

