

Łódź, 21.08.2026r.

Nr sprawy: ZAPIH/1/2026

**Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert:**

Dotyczy: Dzierżawa zestawu urządzeń do cytologii na podłożu płynnym dla Zakładu Anatomii Patologicznej i Histopatologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Dzierżawcy, do którego – z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 170 000 zł netto – nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

| L.P. | Pytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odpowiedź                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Dotyczy - wzoru umowy</b><br><br><i>„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego</i> | Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do umowy. |

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| 2 | <p><b>Dotyczy -wzoru umowy</b></p> <p>„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” „</p>                                                                                                                                                                                                                       | Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do umowy. |
| 3 | <p><b>Dotyczy - wzoru umowy</b></p> <p>„Wnosimy o zmianę / uzupełnienie treści SWZ poprzez dodanie do projektowanych postanowień umownych postanowienia o następującej treści: „Wykonawca ma prawo do korzystania z Danych Produktowych uzyskanych, wygenerowanych lub zebranych za pośrednictwem dostarczonych przez niego Połączonych Produktów i Powiązanych Usług w rozumieniu Rozporządzenia UE 2023/2854 na potrzeby serwisu, konserwacji i wsparcia takich produktów lub usług. Ponadto Wykonawca będzie uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych w celu ogólnego udoskonalania swoich produktów i usług, w szczególności (lecz bez ograniczeń) w celu badania potencjalnych usterek. Wykonawca będzie również uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych do prowadzenia prac badawczo rozwojowych</p> | Zamawiający nie wyraża zgody.                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p> <i> nad przyszłymi produktami. W tym znaczeniu „Wykonawca” oznacza podmiot zawierający umowę oraz wszystkie jego podmioty stowarzyszone (w tym wszystkich dostawców usług działających w jego imieniu). Klientowi nie wolno używać Danych Produktowych do opracowywania konkurencyjnych produktów lub usług ani przekazywać takich danych konkurentom Wykonawcy w takich celach.” Wniosek jest podyktowany tym, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 czyli tzw. Data Act tj. wszedł w życie 11 stycznia 2024 r., a będzie stosowany od 12 września 2025 r. Podstawowym celem Data Act jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystania między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce cyfrowej, pobudzenie konkurencji na rynku danych oraz zwiększenie dostępności danych. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika tj. w tym przypadku szpitala wynika z artykułu 3 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Wykonawcy umów z zakresu serwisu i utrzymania wyrobów medycznych, w tym Wykonawca jako posiadacz danych musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych produktu skomunikowanego, którego użytkownikiem będzie szpital, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe wykonanie usługi serwisowej będącej częścią planowanej przez zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego niezbędne jest dodanie odpowiednich postanowień do umowy / SWZ. Ponadto wskazujemy, że dostęp do </i> </p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | <p>przetwarzania takich danych przez fachowy podmiot serwisujący wyroby medyczne jest niezbędny oraz bardzo korzystny także ze względu na to, że Wykonawca będzie mógł korzystać z udostępnionych danych w celach pomagających rozwinąć i udoskonalić produkt, dzięki temu, że takie dane np. statystyczne zbiera. W sposób oczywisty przyczyni się to do funkcjonalności i stworzenia coraz lepszych wersji produktu oraz np. aktualizacji i ulepszeń Państwa produktów. Może to wpłynąć np. na płynniejszą pracę urzędu, brak tzw. „zawieszenia” software, niższy poziom poboru energii elektrycznej czy materiałów zużywalnych.</p> <p>Zważywszy na te wszystkie okoliczności, wnosimy o odpowiednią modyfikację umowy / SWZ. ”</p> |                                       |
| 4 | <p><b>Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 5</b></p> <p>„Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu: Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy).”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. |
| 5 | <p><b>Dotyczy wzoru umowy §4</b></p> <p>„Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zamawiający nie wyraża zgody.         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <p><b>Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 4</b></p> <p>„Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w taki sposób, aby łączna maksymalna wartość kar nie przekraczała 30% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <p><b>Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 6.</b></p> <p>W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w zakresie wymaganego terminu dostawy systemu do cytologii płynnej wskazanego w projekcie do umowy paragraf 1 punkt 6 poprzez wydłużenie go do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Oferowany przez nas aparat jest produkowany poza granicami Polski. Każde urządzenie przed wysyłką do odbiorcy podlega szczegółowym procedurom kontroli jakości, testom funkcjonalnym oraz końcowej weryfikacji technicznej w zakładzie produkcyjnym. Proces ten ma na celu zapewnienie dostarczenia Zamawiającemu w pełni sprawnego, zweryfikowanego i gotowego do pracy systemu. Dodatkowo konieczność organizacji transportu międzynarodowego oraz realizacji procedur logistycznych</p> | <p>Zamawiający modyfikuje zapis umowy i formularza oferty.</p> <p>Umowa:</p> <p>Było: „Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Dzierżawcy nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy."</p> <p>Jest: „Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Dzierżawcy nie później niż w terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy."</p> <p>Formularz oferty:</p> <p>Było: „3. Oferuję czas realizacji dostawy i instalacji zestawu urządzeń w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy."</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>wpływa na czas niezbędny do prawidłowego wykonania dostawy. Wydłużenie terminu do 20 dni roboczych nie wpłynie na funkcjonalność ani zakres przedmiotu zamówienia, natomiast umożliwi wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości dostarczanego sprzętu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wymaganego terminu dostawy systemu do cytologii płynnej do 20 dni roboczych.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Jest:<br/>„3. Oferuję czas realizacji dostawy i instalacji zestawu urządzeń w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy.”</p> |
| 8 | <p><b>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 formularz asortymentowo cenowy</b></p> <p>„Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie szacunkowej liczby badań planowanych do wykonania w okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dzierżawę urządzenia, brak informacji o przewidywanej liczbie badań uniemożliwia Wykonawcom rzetelne oszacowanie kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów serwisu, przeglądów, wsparcia technicznego, części eksploatacyjnych oraz innych kosztów zależnych od stopnia wykorzystania aparatu. Informacja dotycząca przewidywanej wielkości zapotrzebowania pozwoli wykonawcom na dokonanie bardziej precyzyjnej kalkulacji oferty oraz zapewni porównywalność ofert składanych w postępowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.”</p> | <p>Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy szacuje wykonać około 1200 badań.</p>                   |
| 9 | <p><b>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 formularz asortymentowo cenowy</b></p> <p>„Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie przedmiotu zamówienia o dostawę</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>odczynników wraz z określeniem szacunkowej liczby badań planowanych do wykonania w okresie obowiązywania umowy. W obecnym kształcie postępowanie obejmuje wyłącznie dzierżawę specjalistycznego urządzenia, bez wskazania przewidywanego wolumenu badań oraz bez jednoczesnego zakupu odczynników. Taki sposób opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwia Wykonawcom rzetelną kalkulację ceny dzierżawy, gdyż ekonomika oferowanego rozwiązania jest bezpośrednio uzależniona od liczby wykonywanych badań oraz zużycia dedykowanych odczynników. W praktyce rynkowej koszt udostępnienia specjalistycznej aparatury jest kalkulowany w powiązaniu z przewidywanym zużyciem odczynników i deklarowanym wolumenem badań. Brak tych informacji powoduje, że Wykonawcy są zmuszeni do przyjęcia odmiennych założeń, co może skutkować złożeniem ofert nieporównywalnych oraz nieodzwierciedlających rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie zamówieniem również dostawy odczynników oraz określi szacunkową liczbę badań planowanych do wykonania w okresie trwania umowy? W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawcy mają dokonać rzetelnej i porównywalnej kalkulacji ceny dzierżawy urządzenia.”</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | <p><b>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 formularz asortymentowo cenowy</b></p> <p>„W przypadku niewyrażenia zgody na objęcie zamówienia dostawą odczynników prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Zamawiający informuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie odczynników zgodnych z wymaganiami producenta oferowanego urządzenia, w tym posiadających potwierdzoną przez producenta kompatybilność oraz gwarantujących</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>odczynników zgodnych z wymaganiami producenta oferowanego urządzenia, w tym posiadających potwierdzoną przez producenta kompatybilność oraz gwarantujących osiągnięcie deklarowanych parametrów pracy aparatu?</p> <p>Jednocześnie zwracamy uwagę, że stosowanie odczynników niewskazanych przez producenta urządzenia lub nieposiadających potwierdzonej kompatybilności może skutkować utratą gwarancji producenta, brakiem możliwości zapewnienia prawidłowego działania systemu, a także przeniesieniem ryzyka nieprawidłowych wyników badań na użytkownika. W związku z tym prosimy o wskazanie, który podmiot będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości wynikające z zastosowania odczynników niedostarczonych przez wykonawcę dzierżawy urządzenia.”</p> | <p>osiągnięcie deklarowanych parametrów pracy aparatu.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.08.2026r. do godziny 10:00.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa**

*dr n. med. Jerzy Badowski*

**KIEROWNIK**  
Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii  
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE  
CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII  
im. M. Kopernika w Łodzi

*Witold Skierkowski*  
Specjalista Patomorfolog

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067