Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

APTEKA SZPITALNA
tel. 042 689 51 01
e-mail: apteka@kopernik.lodz.pl

Łódź, 04.11.2026 r.

Nr sprawy: APT /106/ 2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	**Dotyczy Pakiet 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu infuzyjnego do wlewu leków, przenośnego, jednorazowego użytku, wykorzystującego zbiornik elastomerowy o objętości maksymalnej 310 ml (o objętości nominalnej 275 ml oraz objętości zalegającej max. 3 ml i przepływie 5ml/godz.) oraz zbiornik elastomerowy o objętości minimalnej 120 ml i maksymalnej 210 ml (o objętości nominalnej 180 ml oraz objętości zalegającej max 2 ml i przepływie 2,5ml/godz.); apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z silikonu oraz ogranicznik przepływu w kształcie prostokąta, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych oraz powietrza na drenie zapewniając, tym samym podawanie leku w bezpieczny sposób dla pacjenta i personelu. Czas wlewu 48 h - zgodny z zadaną objętością i czasem przepływu. Zgodnie z SWZ wykonawca zapewnia 2 kody produktowe a Zamawiający określa pojemność elastomera każdorazowo przy składaniu zamówienia. Zbiornik elastomerowy umieszczony w zewnętrznej sztywnej bursztynowej obudowie, blokującej promieniowanie UV, umożliwia wizualną kontrolę postępu wlewu. Dodatkowo system infuzyjny wyposażony jest we wskaźnik postępu wlewu, dzięki któremu istnieje możliwość dokładnej obserwacji podaży. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony jest w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu.	Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ.