Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

APTEKA SZPITALNA
tel. 042 689 51 01
e-mail: apteka@kopernik.lodz.pl

Łódź, 20.11.2026 r.

Nr sprawy: APT /112/ 2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, bez gazy ?	Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy OPZ.
2	Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 4,5 cm	Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy OPZ.
3	Dotyczy zadania nr 2 Pytanie nr 1 Czy w poz. 1 Zamawiajacy dopuści opatrunek posiadający kształt okrągły o średnicy 16,7 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy OPZ.
4	Pytanie nr 2 Czy w poz. 3 Zamawiajacy dopuści opatrunek hemostatyczny do tamowania intensywnych, zagrażających życiu krowtoków bezpośrednio poprzez ucisk w przestrzeni rany. Działanie koagulacyjne jest połączone z działaniem bakteriostatycznym (szczepy metycylinooporne (MRSA), wankomycynooporne (VRF) i Acinetobacter Baumanni) Substancją koagulującą jest Chitosan - aktywuje on wiązanie płytek krwi. W ciągu 3 min od aplikacji gazy w przestrzeni rany cząsteczki chitosanu z erytrocytami i trombocytami tworząc pseudo - skrzep, który tamuje krwotok Gaza posiada znacznik RTG (opatrunek jest widoczny na zdjęciach RTG) Cechy użytkowe: - pasek gazy pakowany płasko (warstwami) o wymiarach 7,5 cm x 3,7 m; - płaskie podciśnieniowe opakowanie, wodoodporne, zapewniające sterylność opatrunku; - brak szczególnych wymogów ; - gaza może zostać w przestrzeni do 48 godzin, łatwa do usunięcia; - termin ważności opatrunku: 5 lat. Opatrunek posiada rekomendacje Komitetu TCCC co gwarantuje jego skuteczność i bezpieczeństwo działania.	Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy OPZ.

5	Pytanie: 1 do pakietu 1 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany opatrunek posiadał potwierdzenie skuteczności bariery folii dla wirusów o wielkości ≥27 nm, wydane przez niezależne laboratorium na podstawie badań przeprowadzonych na statystycznie znamiennej liczbie próbek (minimum 32)? Wymóg niezależnego potwierdzenia właściwości barierowych folii umożliwi obiektywną weryfikację deklarowanych parametrów oraz porównywalną ocenę oferowanych wyrobów. Badanie przeprowadzone na odpowiedniej liczbie próbek zwiększa wiarygodność wyników i pozwala potwierdzić właściwości istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowania opatrunku.	Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.
6	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie zapisu w umowie, dotyczącego minimum logistycznego.
7	**Pakiet 1, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą, do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem na całej powierzchni, z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu, klasa Is. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej: 	Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy OPZ.

8	**Pakiet 1, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przezroczystego z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 5 cm x 6 cm ? Zdjęcie poglądowe poniżej: 	Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy OPZ.